KYOCERA

FINESIA®

ドリル使用回数 チェックシート

- ご使用ごとに、それぞれの該当回数にチェックしてください。
- 常に快削性を保つために５回程度使用した時点で新品に交換してください。ただし、通常より硬い皮質骨を切削したときは早めに交換されることを推奨します。
- 消耗したドリルの使用は、発熱や不正確な窩洞形成の原因となります。

Tapered Type

ファイナルドリルTP													
30		32		34		37		42		47		52	
S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
													
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Straight Type

ファイナルドリルST													
30		32		34		37		42		47		52	
S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
													
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

マーキングバー	パイロットドリル16		パイロットドリル22	
	S	M	S	M
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15

京セラ株式会社　メディカル事業部　本 社　京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地　〒612-8501
https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html　Tel:075-778-1982　Fax:075-778-1983

（製造販売届出番号）FINESIAインプラント用手術器具　27B1X00139101122

www.finesia.world

「FINESIA」は京セラ株式会社の登録商標です。
当シートに記載の情報は2020年4月時点のものです。
無断で複製、転載することを禁じます。
© 2020 KYOCERA Corporation

200424T D-1**-1 027823