KYOCERA

FINESIA®

BL（ボーンレベル）アバットメントスクリュー NP（Narrow Platform）の適切な締結手順と注意点

（不適切な締結は、スクリューの破折の原因となります）

補綴物装着時にアバットメントスクリューの破折を避け、安全にご使用いただくために、本手順を遵守ください。

FINESIA 『BLインプラント（補綴）マニュアル』 『Technical Report No.1』 を合わせて参照してください。

Step 1　アバットメントの挿入

アバットメントだけをインプラント体に装着し、テーパー部が正しく適合していることを確認した後に、スクリューを口腔内のアバットメントに運搬します。



テーパー嵌合部、六角部を加工したアバットメントを装着しないでください。

※テーパー嵌合部、六角部の加工は厳禁です。



嵌合部に異物が存在するアバットメントを装着しないでください。

※インプラント体とアバットメントの嵌合部を十分に洗浄してください。

Step 2　アバットメントスクリューの仮締め

ヘキサロビューラードライバーSHを使用し、アバットメントスクリューを徒手的に仮締めします。スムーズに締結できない場合は、アバットメントを取り外してインプラント体内部を洗浄してください。

スクリューホールやスクリューのねじ部に異物が存在するアバットメントを装着しないでください。

※アバットメントとスクリューを十分に洗浄してください。



Step 3　デンタルX線撮影

アバットメントがインプラント体に傾きなく装着されていることを
デンタルX線撮影によって確認します。

スクリューの噛み込みやスクリューへの側方負荷が発生するので、アバットメントを傾けて装着しないでください。
※詳しくは『Technical Report No.1』をご覧ください。

Step 4　最終締結

インプランターや電動トルクドライバー、ハンドトルクドライバーを
使用し、最終締結を慎重に行います。



20N･cm超のトルクでNPアバットメントスクリューを締結しないでください。
※必ずトルク管理が可能な器具をご使用ください。





※アバットメントスクリューNPは、回転軸に対して正確に垂直になるよう締結することが重要です。
トルクレンチは、動きが制限される狭い口腔内では使用が困難で、スクリューに不慮の力が加わるために破折のリスクが高まります。

KYOCERA

京セラ株式会社　メディカル事業部　本 社　京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地　〒612-8501
https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html

東京事業所　東京都品川区東品川3丁目32-42　I･Sビル　〒140-8810　Tel:03-5782-7018　Fax:03-5782-8518

札幌営業所　札幌市中央区北1条西3丁目3（札幌MNビル10F）〒060-0001　Tel:011-555-3288　Fax:011-281-6525
名古屋営業所　名古屋市東区葵3丁目15-31（住友生命千種ニュータワービル6F）〒461-0004　Tel:052-930-1480　Fax:052-938-1388
大阪営業所　大阪市淀川区宮原3丁目3-31号（上村ニッセイビル9F）〒532-0003　Tel:06-7178-1898　Fax:06-6350-8157
岡山営業所　岡山市北区磨屋町10-16（あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F）〒700-0826　Tel:086-803-3625　Fax:086-225-2289
九州営業所　福岡市博多区博多駅東2丁目10-35（博多プライムイースト7F）〒812-0013　Tel:092-452-8148　Fax:092-452-8177

www.finesia.world

「FINESIA」、「インプランター」は
京セラ株式会社の登録商標です。
記載の情報は2019年3月時点のものです。
無断で複製、転載することを禁じます。
© 2019 KYOCERA Corporation

1903XXT D-133-1 026218