KYOCERA

FINESIA®

TIPS ～適切な治療のために No.2

破折したアバットメントスクリューの除去方法

スクリューの破折片を除去するには下記の方法をお試しください。

① 探針など先端の鋭利な
インスツルメントを使用する。

（他社製販品）

② 超音波スケーラーを使用する。

（他社製販品）

③ 破折片にグルーブを形成して、
マイナスドライバーを使用する。

注意点：・インプラント体内部を決して傷付けないように注意し、傷が付いていないか確認してください。
・新しいアバットメントスクリューを試適し、スムーズにねじ込めることを確認してください。
・内部の状態により適正なトルクで締め込めない場合があります。



アバットメントとスクリューは張力により固定されていますが、破折により頭部を失ったものには加わっていないため、基本的には残存部を反時計方向に回転することで除去可能であることが多いといわれています。

「SAFE Troubleshooting Guide Volume 1（P.39）」
（クインテッセンス出版株式会社）より

【薬事承認番号】
ＦＩＮＥＳＩＡ　ＢＬフィクスチャー　ファイナフィックス【22800BZX00034000】
ＦＩＮＥＳＩＡ　ＢＬフィクスチャー　ファイナタイト【22800BZX00035000】
ＦＩＮＥＳＩＡ　ＢＬアバットメント【22800BZX00036000】
ＦＩＮＥＳＩＡ　ＢＬチタンベースアバットメント【22900BZX00097000】

KYOCERA

京セラ株式会社　メディカル事業部　本 社　京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地　〒612-8501
https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html

東京事業所　東京都品川区東品川3丁目32-42　I・Sビル　〒140-8810　Tel:03-5782-7018　Fax:03-5782-8518

札幌営業所　札幌市中央区北1条西3丁目3（札幌MNビル10F）〒060-0001　Tel:011-555-3288　Fax:011-281-6525
名古屋営業所　名古屋市東区葵3丁目15-31（住友生命千種ニュータワービル6F）〒461-0004　Tel:052-930-1480　Fax:052-938-1388
大阪営業所　大阪市淀川区宮原3丁目3-31号（上村ニッセイビル9F）〒532-0003　Tel:06-7178-1898　Fax:06-6350-8157
岡山営業所　岡山市北区磨屋町10-16（あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F）〒700-0826　Tel:086-803-3625　Fax:086-225-2289
九州営業所　福岡市博多区博多駅東2丁目10-35（博多プライムイースト7F）〒812-0013　Tel:092-452-8148　Fax:092-452-8177

「FINESIA」は京セラ株式会社の登録商標です。
本資料に記載の情報は2019年11月時点のものです。
本資料については、無断で複製、転載することを禁じます。
© 2020 KYOCERA Corporation

www.finesia.world

200131T D-141-1 012684